



DECLARACION UE DE CONFORMIDAD

Documento nº:20160830.2

Manómetros modelo 600-601, manómetros secos según hoja técnica HT 600

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que todos los aparatos / sistemas de medida de presión / temperatura suministrados por nuestra empresa han sido fabricados de acuerdo con las normas aplicables EN-837.1 - .2 ,Y 3 en el caso de manómetros y EN 13190 en el caso de termómetros (MEI y WEC), se han utilizado los materiales adecuados.

La ejecución, estanqueidad y exactitud de indicación de los aparatos / sistemas han sido verificados de acuerdo con los procedimientos de garantía de calidad que han permitido a nuestra empresa obtener la certificación **UNE-EN-ISO-9001:2008**.

Todos nuestros manómetros y termómetros cumplen la Normativa CE aplicable hasta el 18 de julio de 2016 que es la 97/23/EC ⁽¹⁾, y a partir del 19 de julio de 2016 con la 2014/68/EU ⁽¹⁾

- Los manómetros y termómetros son "instrumentos de medición de presión" de acuerdo con el artículo 1, párrafo 2.1.4
- El volumen de la carcasa montada con presión de los manómetros y termómetros a tensión de gas de MEI- WEC es de < 0,1 L.
- La calificación de la CE se efectúa de acuerdo con el grupo de fluido 1G, según anexo 2, gráfico nº 1, a partir de una presión de funcionamiento permitida de < 200 bar no llevarán ningún distintivo CE, solo los manómetros de rango >200 bar llevarán ese distintivo marcado en la esfera.

Los aparatos no calificados se fabrican de acuerdo al artículo 3 "buena práctica técnica"

lunes, 29 de mayo de 2017

Manometría e Instrumentación, s.l.

(1) PS>200 bar; Módulo A, accesorios a presión

Dpto. Calidad

ALBERT CEREIJO